



## 香港醫院藥劑師學會對「私營醫療機構規管諮詢文件」的意見

(2015 年 2 月 24 日)

1. 香港醫院藥劑師學會(學會)支持建議為私營醫療機構，包括醫院、進行高風險醫療程序的日間醫療機構、在法團組織管理下提供醫療服務的機構，制訂全面的規管制度，規管合共 19 個範疇 (分為 5 個組別)，以保障市民的利益和健康。
2. 學會對未能建議非醫院性質的私營醫療機構設立電子健康資訊互通系統感到失望，更驚訝反對者仍然以電腦和軟件的購置成本作為主要反對原因，將專業利益凌駕病人利益之上。其實，在發生醫療事故時或稅務糾紛時，電子健康資訊是最有用的證據資料，對保障社會大眾的利益甚為重要。
3. 學會同意長遠應把醫院認證訂為私家醫院註冊的強制規定，期望政府能定下「**時間表**」，從而作出配套安排，以表達政府對保障公眾健康的決心。
4. 學會支持提高私營醫療機構收費透明度的建議，這樣有利自願醫療保險計劃的推行，最終能保障病人和消費者的權益。現時，私營醫療機構藥物價格的收費不夠透明，令香港「**以藥養醫**」的問題日趨嚴重，整體醫療開支及醫療保費不斷上升，病人和消費者的利益和知情權受損。
5. 因為大部分(超過八成)化學療法的藥物是可致癌，學會歡迎制定提供注射化學療法(細胞毒素) 設施的規管標準，以保障病人、醫護人員、處所周邊使用者的安全和健康。但規管標準提出如調配可能在室溫下蒸發的化學療法(細胞毒素) 藥物，應為生物安全櫃或隔離器安裝通往室外的排氣口的建議不夠全面，應要包括一些份子重量(molecular mass) 輕的化學療法(細胞毒素) 的藥物，因它們以霧化(aerosols) 的狀態隨著氣流而進入處所的中央冷氣系統，致癌藥物便污染整座建築物。請政府作出有關增訂。此外，排氣口的位置必須得到環保署的許可，否則有可能將致癌藥物排放到鄰近大廈，危害其他大廈使用者。
6. 指引必須指明安全櫃或隔離器必須可用於調配化療(細胞毒素)藥物之用。一般

用作化學產品處理的安全櫃或隔離器是不合規格的。(現時有一些醫務所正使用)

7. 美國 FDA 最新指引，調配化療(細胞毒素)藥物所用的安全櫃或隔離器必須置於「負壓」的特定調配室，因這樣能有效防止化療(細胞毒素)藥物隨氣流外泄致癌物質到周邊環境，危害其他處所使用者。

完